

FINALIDADE:

Orientar sobre a rotina de controle de limpeza dos refrigeradores.

JUSTIFICATIVA:

Os medicamentos termolábeis são sensíveis as temperaturas, e para isso são necessários cuidados e medidas para estocagem dos medicamentos quando precisa-se ficar com o refrigerador aberto por um período maior de tempo.

DEFINIÇÕES E SIGLAS:

DEFINIÇÕES:

A limpeza e o descongelamento (se necessário) deve ser realizada mensalmente, conforme o cronograma de limpeza e validade.

SIGLAS:

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

- Auxiliares de farmácia
- Farmacêuticos
- Auxiliares administrativos

MATERIAL NECESSÁRIO:

- Caneta
- FOR.HC.FARM.002 Controle de validade de materiais e medicamentos até 6 meses
- FOR.HC.FARM.009 Registro de Temperatura do Refrigerador
- Formulários de programação de limpeza e validade
- Caixa térmica com termo-higrômetro
- Pano multiuso
- Álcool 70%

PROCEDIMENTO:

No inicio de cada mês o farmacêutico disponibiliza nas pastas de controle de limpeza e validade, o cronograma com os responsáveis pela limpeza e validade de cada seção onde tem especificado a localização do refrigerador.

Inicialmente, os medicamentos devem ser retirados do refrigerador e colocados em uma caixa térmica, com gelox e

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP CONTROLE DE LIMPEZA DOS REFRIGERADORES


Código: POP.HC.FARM.009

Versão: 002

Página: 2 de 2

termo-higrômetro para controle de temperatura.

Deve-se seguir com o descongelamento, quando necessário, e limpeza interna do refrigerador. Semanalmente, o responsável do mês pela limpeza do refrigerador, deve realizar a desinfecção externa com pano multiuso e álcool 70%, e monitorar a organização interna do refrigerador. Além de registrar no formulário de verificação mensal de controle de validade, os registros semanais e limpeza realizados são anotados no verso da planilha de controle de temperatura do refrigerador FOR.HC.FARM.009 Registro de Temperatura do Refrigerador, conforme imagem abaixo:



MESMO: Abril/2022

**CONTROLE DE TEMPERATURA GELADEIRA
FARMACIA UTI GERAL**

SETOR: Farmácia UTI GERAL

ORIENTAÇÕES GERAIS

- > A temperatura da geladeira deve variar no mínimo de 2 °C e no máximo de 8 °C. Caso apresente temperatura fora desta limite, comunicar a farmacêutica.
- > Não passar corretivo nem colocar etiqueta. Em caso de erro, passar um traço em cima e colocar uma observação com a informação correta.

LIMPEZA DA GELADEIRA (REALIZAR 1 VEZ POR SEMANA)

1ª SEMANA	DATA	06/04/22	RESPONSÁVEL	<i>Quinta-feira dia 06/04/22</i>
2ª SEMANA	DATA	13/04/22	RESPONSÁVEL	<i>Quinta-feira dia 13/04/22</i>
3ª SEMANA	DATA	20/04/22	RESPONSÁVEL	<i>Quinta-feira dia 20/04/22</i>
4ª SEMANA	DATA	27/04/22	RESPONSÁVEL	<i>Quinta-feira dia 27/04/22</i>

OBSERVAÇÕES

> Anotar as condições fronte à falta de energia ou quaisquer outra observação pertinente ao armazenamento dos produtos.

Demanda 12/04/22 para 4/22 (Demanda para dia 12/04/22)

Demanda 06/04/22 para 13/04/22 (Demanda para dia 06/04/22)

Após a limpeza, os medicamentos são acondicionados novamente no refrigerador, seguindo o processo de controle de limpeza e validade. Os medicamentos devem permanecer em suas embalagens primárias.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS:

HISTÓRICO DE REVISÕES:

01/06/2024 – Atualizado e revisado